



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ І
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „РІВНЕНСЬКИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”

33028, м.Рівне, вул.Замкова, 31

Свідоцтво про уповноваження № П-048-2019 видане 20.11.2019 р.

СВІДОЦТВО

про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 9А/363

чинне до “18” травня 2021 р.

Назва та умовне позначення : Вимірювач опору заземлення

Ф4103 — М1

Зав.№ 51146

Виробник: ПАТ “Уманський завод “Мегомметр”

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) відповідає вимогам: Ба.2.729.008 ПС;

ДСТУ ГОСТ 8.409:2008

назва нормативно-правового акту, що містить вимоги до метрологічних характеристик і (або)

$R_n : (0 \div 0,3) \text{ Ом}; \text{похибка } \delta = \pm 4 \%; R_n : (0,3 \div 15000) \text{ Ом}; \text{похибка } \delta = \pm 2,5 \%$

значення метрологічних характеристик (клас точності, похибки, діапазони вимірювання, особливості застосування)

Додаток на ___ стор. в ___ прим.

Персонал, який виконував
роботи з перевірки

Е.Шатковський

(підпис)

ініціали, прізвище

Місце відбитка
повірного тавра



“18” травня 2020 р.



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ І
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „РІВНЕНСЬКИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”

33028, м.Рівне, вул.Замкова, 31

Свідоцтво про уповноваження № П-048-2019 видане 20.11.2019 р.

СВІДОЦТВО

про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 9А/364

чинне до “18” травня 2021 р.

Назва та умовне позначення : Омметр

ЭС 0212

Зав.№ 07552

Виробник: ПАТ “Уманський завод “Мегомметр”

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі – ЗВТ) відповідає вимогам:

ДСТУ ГОСТ 8.409:2008

назва нормативно-правового акту, що містить вимоги до метрологічних характеристик і (або)

$R_n : 0,05 \text{ Ом} \div 20 \text{ Ом}; U_n : 0 \div 380 \text{ В}; \text{похибка } \delta = \pm 1,5 \%$

значення метрологічних характеристик (клас точності, похибки, діапазони вимірювання, особливості застосування)

Додаток на ___ стор. в ___ прим.


Персонал, який виконував
роботи з перевірки

Е.Шатковський

(підпис)

ініціали, прізвище

Місце відбитка
повірного тавра



“18” травня 2020 р.