

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Державне підприємство "Черкаський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації"
вул. Гоголя, 278, м. Черкаси, 18002

Свідоцтво про уповноваження № П-46-2019 від 22 жовтня 2019 р.



СВІДОЦТВО

про повірку законодавчо регульованого засобу виміральної техніки

№ 1919

Чинне до «19» листопада 2021 р.

Назва та умовне позначення Вимірювач опору заземлення Ф4103-М1

Зав. № 20999

Виробник ПрАТ «Уманський завод «Мегометр»

За результатами повірки встановлено, що засіб виміральної техніки
(далі - ЗВТ) відповідає вимогам ГОСТ 22261-94 « Средства
(назва нормативно - правового акту/нормативного документа,

измерений электрических и магнитных величин. Общие технические
що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних

умовля): експлуатаційної документації

діапазон вимірювань від 0.3 Ом до 15 000 Ом

характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток на - _____ стор. у _____ прим.

Персонал, який виконував
роботи з повірки

Т.В. Крепосна
(підпис)

Т.В. Крепосна
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка
повірочного тавра



«19» листопада 2020 р.