

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Державне підприємство "Черкаський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації"
вул. Гоголя, 278, м. Черкаси, 18002

Свідоцтво про уповноваження № П-46-2019 від 22 жовтня 2019 р.



СВІДОЦТВО

про повірку законодавчо регульованого засобу виміральної техніки

№ 1914

Чинне до «19» листопада 2021 р.

Назва та умовне позначення Мегаомметр ЭС 0202/2-Г

Зав. № 99892

Виробник ПрАТ „ Уманський завод „ Мегомметр”

За результатами повірки встановлено, що засіб виміральної техніки
(далі - ЗВТ) відповідає вимогам ГОСТ 22261-94 « Средства
(назва нормативно - правового акта/ нормативного документа

измерений электрических и магнитных величин. Общие технические
що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних

условия»; паспорта Ба 2. 722. 056 ПС
характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

$\delta = \pm 15 \%$; діапазон вимірювання від 0,5 МОм до 10^4 МОм

Додаток на — стор. у — прим.

Персонал, який виконував
роботи з повірки

Триш
(підпис)

Т.В. Крепосна
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка 210
повірочного тавра 4 49

«19» листопада 2020 р.