

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО  
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Державне підприємство  
«Житомирський науково-виробничий центр  
стандартизації, метрології та сертифікації»

(ДП «Житомирстандартметрологія»)

10003, м.Житомир, вул.Новосінна, 24, тел.(0412) 42-46-80, факс (0412) 42-46-85,  
Свідоцтво про уповноваження №П-32-2019 від 17 липня 2019 року.

СВІДОЦТВО

про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ П/89/А Чинне до " 13 травня 2022 р.

Назва та умовне позначення Прилад електровимірювальний багатофункціональний  
цифровий ЕР-200 М Зав. № 1310017

Виробник ТОВ "НТЦ"Елтес"

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі – ЗВТ)  
відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, Е.Т.Д. на прилад ЕР-200 М

(назва нормативно-правового акта/нормативного документа,

$\pm (2\%U_x + 5 \text{ OMP})$  (1-250) В;


що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних

$\pm (2\%R_x + 5 \text{ OMP})$  (0,01-1,999) Ом.; (2,0-19,99) Ом

характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток: на - стор. у - прим.

Персонал, який виконував роботи з перевірки




В.Г. Шевченко

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Місце відбитка повірочного тавра



" 13 " травня 2021 р.