

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Державне підприємство "Черкаський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації"
вул. Гоголя, 278, м. Черкаси, 18002

Свідоцтво про уповноваження № П-46-2019 від 22 жовтня 2019 р.



СВІДОЦТВО

про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 571 Чинне до «27» квітня 2022 р.

Назва та умовне позначення Мегаомметр ЦС 0202-1

Зав. № 80609

Виробник ПрАТ „ Уманський завод „ Мегомметр”

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
(далі - ЗВТ) відповідає вимогам ГОСТ 22261-94 « Средства
(назва нормативно - правового акта/ нормативного документа,

измерений электрических и магнитных величин. Общие технические
що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних

условия»; керівництву щодо експлуатації Ба 2. 722. 062 РЭ
характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання, особливості застосування ЗВТ)

діапазон вимірювання від 200 кОм до 100 ГОм


Додаток на - стор. у - прим.

Персонал, який виконував
роботи з перевірки

МТресс
(підпис)

Т.В. Крепосна
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка
повірного тавра



«27» квітня 2021 р.